

安徽省招标采购协会专家库专家抽取结果记录表

项目名称: 颍上县中医院核磁设备采购项目

评标时间: 2024-03-19 08:47:25

招标(采购)人: 安徽省颍上县中医院

抽取机构: 安徽中驰建设项目管理有限公司

备注信息:

联系方式: 13502092203

抽取时间: 2024-03-20 14:42:12

姓名	陈伟	性别	男	项目随机码	a7611a72
单位					
从事专业	阜阳市疾控中心 货物类/机电产品类/医疗设备				
职业资格		职称	18909688820		
姓名	张成	性别	男	项目随机码	dfe1f714
单位	阜阳市120急救指挥中心				
从事专业	货物类/机电产品类/医疗设备				
职业资格		职称			
姓名	李松	性别	女	项目随机码	dfeab822
单位	安徽大-PC医院 18949669809				
从事专业	货物类/机电产品类/医疗设备				
职业资格		职称			

注: 项目随机码处带\*号表示补抽的专家

项目实施主体(代理机构)签字: 魏其龙

监督管理部门签字: 张萌萌

### 颍上县中医院核磁设备采购项目采购人代表签到表

序号	姓名	单位部门	职务或职称	手机号码
	王亮	颍上县中医院	影像科主任	17683319080
	张萌萌	颍上县中医院		19359167221

2024年3月21日

# 论证专家签到表

会议名称：颍上县中医院核磁设备采购项目

2024年3月21日

姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	备注
张发江	阜阳市120急救指挥中心	主任技师	13395545577	
李松月	安理人-附院	副主任医师	18949666980	
陈伟	阜阳市疾控中心	主任医师	18909688820	

# 颍上县中医院核磁设备采购项目

## 会议纪要

采 购 人:安徽省颍上县中医院

代理机构:安徽中驰建设项目管理有限公司

2024年3月21日

# 目录

一、会议基本情况

二、会议程序

三、专家评审意见

四、附件

1、论证专家签到表

2、专家论证意见

# 会议纪要

## 一、会议基本情况

1. 会议内容: 颍上县中医院核磁设备采购项目
2. 会议时间: 2024年3月21日
3. 会议地点: 安徽中驰建设项目管理有限公司
4. 评审小组人员组成

序号	姓名	单位	联系方式
1	张发强	阜阳市120急救指挥中心	13395505527
2	李松月	安徽大一附院	18949669809
3	陈沈伟	阜阳市疾控中心	18909688820

## 二、会议程序:

颍上县中医院核磁设备采购项目由安徽省颍上县中医院委托安徽中驰建设项目管理有限公司组织关于 1.5T 核磁共振设备及其配套设施技术参数必要性的论证会议。安徽中驰建设项目管理有限公司组织专家组于 2024 年 3 月 21 日在安徽中驰建设项目管理有限公司对该项目进行参数论证, 论证程序如下:

- 1、代理机构工作人员介绍会议基本情况;
- 2、采购人代表介绍项目基本情况;
- 3、评审专家认真阅读了相关背景资料及技术参数, 各位专家就技术参数等逐一进行讨论、论证, 并提出相应意见, 具体意见详见本

会议纪要附件 2;

4、形成会议纪要，评审专家签字确认。

三、专家评审意见:

评审委员会已形成评审意见，详见本会议纪要附件(另附)。评审委员会(专家)签字:

李松月

张发荣

陈永伟

十

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

四、附件:

1、论证专家签到表

2、专家论证意见

# 颍上县中医院核磁设备采购项目

## 1.5T 核磁共振设备及其配套设施技术参数

### 论证会专家论证意见

论证人员认真研究了颍上县中医院核磁设备采购项目的采购清单中关于 1.5T 核磁共振设备及其配套设施技术参数的内容，具体论证意见如下：

1. 参数建议投标文件应提供证明材料，应标注页码、序号并在相应位置加方框或下划线。
2. 非★参数过多建议同类产品共性参数的删除。
3. 参数1.1 技术定制性要求：各投标人建议修改为所投产品（设备）。
4. 参数1.2 技术定制性要求：各家建议修改为所投产品（设备）。
5. 参数10.8★建议改为非★。

评审委员会(专家)签字：

张发亮 李树河 陈伟

2024年3月21日