



单一来源采购专家论证签到表

项目名称：颍上县中医院 2025 年东芝 320 排 CT 球管更换项目

日期：2025 年 8 月 14 日

序号	姓名	单位名称	职称	电话
1	唐吉斌	桐城市人民医院	正高	13705628207
2	李强	宿州市立医院	主任医师	13955787851
3	程晓敏	安徽大学	教授	13339106699

颍上县中医院 2025 年东芝 320 排 CT 球管更换 项目单一来源采购专家论证意见及结论

论证人员认真研究了颍上县中医院 2025 年东芝 320 排 CT 球管更换项目的采购需求及相关法律法规，具体论证意见如下：

详见专业人员论证意见表。

论证结论：

建议采用单一来源采购

论证专家签字：

李强 唐斌 程晓敏

2025 年 8 月 14 日



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	唐吉文斌
	职称:	主任技师
	工作单位:	颍上县人民医院
项目信息	项目名称:	颍上县中医院 2025 年东芝 320 排 CT 球管更换项目
	供应商名称:	佳能医疗系统(中国)有限公司.
专业人员论证意见	1. 球管是CT机的核心部件,不是单独在能使用的设备,必须与CT整机匹配,属于专用设备,需要购买与CT机型相匹配的球管才能使用。 2. 根据提供的材料证明本项目供应商为佳能医疗系统(中国)有限公司。佳能CX15-750F和万睿MUS-7288/8-800H为佳能AQUILION ONE FSX-301C 320排机型单一专用球管。 3. 建议本项目采用单一竞价方式采购。	
专业人员签字	唐吉文斌	日期: 2025 年 8 月 14 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



扫描全能王 创建

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 程晓敏	
	职称: 教授	
	工作单位: 安徽大学	
项目信息	项目名称: 颍上县中医院 2025 年东芝 320 排 CT 球管更换项目	
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员论证意见	本项目拟采购适用于佳能 Aquilion One TSX-70k 的 CXB-750F 球管一套。经论证: 1. 根据佳能医疗系统(中国)有限公司出具的说明, CXB-750F 为 VAREX 万睿视单一专供给佳能医疗的定制球管, 对应万睿视型号为 MCS-7288/B-800H, 国械注进 20242060682。 2. 佳能医疗株式会社授权书显示, 佳能医疗为中国境内唯一分销商并全面负责佳能医疗设备的售后服务及维修保养。 3. 根据《中华人民共和国药监局》第三十一条, 只能从唯一供应商采购的。 因此, 建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	程晓敏	日期: 2025 年 8 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



扫描全能王 创建

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李 骁	
	职称：主任医师	
	工作单位：宿州市立医院	
项目信息	项目名称：颍上县中医院 2025 年东芝 320 排 CT 球管更换项目	
	供应商名称：佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员论证意见	CT球管为CT机的核心配件,其更换后需进行匹配性测试检验合格后方可正常使用。产品具有唯一性,只有采用与原CT机适配的球管才能保证CT机的图像质量。CXB-750F 球管为VAREX万睿视单一专供佳能医疗的定制球管,且佳能医疗中国做为国内唯一经销商并全面负责佳能医疗设备销售及售后服务公司。据《政府采购法》第三十一条(一)的规定,本项目可以采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	李 骁	日期:2025年8月14日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

